

Tensid-Austauschersäule nach DIN38409-23/ Ausblassäule.



Komplette Austauschersäule nach DIN mit PTFE Hähnen. (8.11)

Die DIN 38409-H 23 legt ein Verfahren zur Bestimmung der bismutaktiven Substanzen in Abwässern fest.

Notwendige Geräte sind unter anderem eine Tensid Austauschersäule (8.1)

Normative Verweisung:

Deutsches Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung.

Die Durchführung und Auswertung hat nach der DIN 38409 zu erfolgen.

Weiteres notwendiges Zubehör:

Stativmaterial, Waschflasche, Reagenzien, Potentiometer.

L3840923-Tensid-Austauschersaeule-DIN38409