

Viskosimeter, Irmeco Viscosimeters

① Cannon-Fenske Routineviskosimeter

geliefert mit Werkprüfschein

Standards:

ASTM D445–446, ASTM D2515, ISO 3104–3105 Konstante K bei 40°C und 100°C

Typ	Konstante Richtwert K	Messbereich (Richtwert) mm ² /s	Best.-Nr.
25	0,002	0,5 – 2	10 15 81025
50	0,004	0,8 – 4	10 15 81050
75	0,008	1,6 – 8	10 15 81075
100	0,015	3 – 15	10 15 81100
150	0,035	7 – 35	10 15 81150
200	0,1	20 – 100	10 15 81200
300	0,25	50 – 250	10 15 81300
350	0,5	100 – 500	10 15 81350
400	1,2	240 – 1200	10 15 81400
450	2,5	500 – 2500	10 15 81450
500	8	1600 – 8000	10 15 81500
600	20	4000 – 20000	10 15 81600

② Cannon-Fenske Steigrohrviskosimeter

geliefert mit Werkprüfschein

Standards:

ASTM D445–446, ASTM D2515, ISO 3104–3105 Konstante K bei 40°C und 100°C

Typ	Konstante Richtwert K	Messbereich (Richtwert) mm ² /s	Best.-Nr.
25	0,002	0,5 – 2	10 15 82025
50	0,004	0,8 – 4	10 15 82050
75	0,008	1,6 – 8	10 15 82075
100	0,015	3 – 15	10 15 82100
150	0,035	7 – 35	10 15 82150
200	0,1	20 – 100	10 15 82200
300	0,25	50 – 250	10 15 82300
350	0,5	100 – 500	10 15 82350
400	1,2	240 – 1200	10 15 82400
450	2,5	500 – 2500	10 15 82450
500	8	1600 – 8000	10 15 82500
600	20	4000 – 20000	10 15 82600

③ Ubbelohde Viskosimeter, normale Form

geliefert mit Werkprüfschein

Standards:

ASTM D445–446, ASTM D2515, ISO 3104–3105

Typ	Konstante Richtwert K	Messbereich (Richtwert) mm ² /s	Best.-Nr.
0	0,001	0,3 – 1	10 15 83100
0C	0,003	0,6 – 3	10 15 83101
0B	0,005	1 – 5	10 15 83102
1	0,01	2 – 10	10 15 83110
1C	0,03	6 – 30	10 15 83111
1B	0,05	10 – 50	10 15 83112
2	0,1	20 – 100	10 15 83120
2C	0,3	60 – 300	10 15 83121
2B	0,5	100 – 500	10 15 83122
3	1,0	200 – 1000	10 15 83130
3C	3,0	600 – 3000	10 15 83131
3B	5,0	1000 – 5000	10 15 83132
4	10,0	2000 – 10000	10 15 83140
4C	30,0	6000 – 30000	10 15 83141
4B	50,0	10000 – 50000	10 15 83142
5	100,0	20000 – 100000	10 15 83150



④ BS/IP/RF U-tube reverse flow Viskosimeter

geliefert mit Werkprüfschein

Standards:

BS/IP/RF und ASTM D445–446, ISO 3104–3105 Konstante K bei 40°C und 100°C

Typ	Konstante Richtwert K	Messbereich (Richtwert) mm ² /s	Best.-Nr.
1	0,003	0,6 – 3	10 15 84201
2	0,01	2 – 10	10 15 84202
3	0,03	6 – 30	10 15 84203
4	0,1	20 – 100	10 15 84204
5	0,3	60 – 300	10 15 84205
6	1,0	200 – 1000	10 15 84206
7	3,0	600 – 3000	10 15 84207
8	10	2000 – 10000	10 15 84208
9	30	6000 – 30000	10 15 84209
10	100	20000 – 100000	10 15 84210
11	300	60000 – 300000	10 15 84211

⑤ BS/U-tube reverse flow Viskosimeter

geliefert mit Werkprüfschein

Standards:

BS und ASTM D445–446, ISO 3104–3105 Konstante (K) bei 40°C und 100°C

Typ	Konstante Richtwert K	Messbereich (Richtwert) mm ² /s	Best.-Nr.
A	0,003	0,9 – 3 cSt	10 15 86110
B	0,01	2 – 10 cSt	10 15 86120
C	0,03	6 – 30 cSt	10 15 86130
D	0,1	20 – 100 cSt	10 15 86140
E	0,3	60 – 300 cSt	10 15 86150
F	1,0	200 – 1000 cSt	10 15 86160
G	3,0	600 – 3000 cSt	10 15 86170
H	10,0	2000 – 10000 cSt	10 15 86180

⑥ UBBELOHDE Viskosimeter

geliefert mit Werkprüfschein

Standards:

DIN 51562 Teil 1, ISO 3105

Typ	Konstante Richtwert K	Messbereich (Richtwert) mm ² /s	Best.-Nr.
0	0,001	0,35 – 1 cSt	10 15 85110
0c	0,003	0,7 – 3 cSt	10 15 85111
0a	0,005	1 – 5 cSt	10 15 85112
I	0,01	2 – 10 cSt	10 15 85210
Ic	0,03	6 – 30 cSt	10 15 85211
Ia	0,05	10 – 50 cSt	10 15 85212
II	0,1	20 – 100 cSt	10 15 85310
IIc	0,3	60 – 300 cSt	10 15 85311
IIa	0,5	100 – 500 cSt	10 15 85312
III	1	200 – 1000 cSt	10 15 85410
IIIc	3	600 – 3000 cSt	10 15 85411
IIIa	5	1000 – 5000 cSt	10 15 85412
IV	10	2000 – 10000 cSt	10 15 85510
IVc	30	6000 – 30000 cSt	10 15 85511
IVa	50	10000 – 50000 cSt	10 15 85512

